

# **DANH MỤC, CẤU HÌNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN MÁY THỞ XÂM NHẬP VÀ KHÔNG XÂM NHẬP**

## **1/ Yêu cầu chung:**

- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40 độ C, độ ẩm tối đa 95%

## **2/ Yêu cầu về cấu hình thiết bị:**

- Máy chính kèm các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
  - + Màn hình cảm ứng  $\geq 11.5$  inch: 01 chiếc
  - + Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiết trùng: 01 bộ
  - + Xe đẩy: 01 chiếc
  - + Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ
  - + Bộ dây thở trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
  - + Mặt nạ thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ
  - + Mặt nạ thở trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
  - + Phổi giả 1 lít: 01 chiếc
  - + Bộ làm ấm, làm ẩm: 01 bộ
  - + Bình làm ẩm loại dùng nhiều lần: 01 bộ
  - + Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

## **3/ Yêu cầu về thông số kỹ thuật tối thiểu:**

- Phải thông khí được cho bệnh nhân người lớn và trẻ em
- Thiết bị phải vận hành bằng turbine khí (tích hợp sẵn máy nén khí).
- Phải có chế độ hỗ trợ thông khí xâm nhập và không xâm nhập

## **4/ Các yêu cầu khác:**

- Bảo hành kể từ khi nghiệm thu  $\geq 12$  tháng.
- Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn người sử dụng vận hành thành thạo thiết bị tại đơn vị sử dụng máy.

